PRODUKTDATENBLATT

microsept® INSTRU-AF NEW

INSTRUMENTENDESINFEKTION

PRODUKT- / GEBRAUCHSINFORMATION

Konzentrat auf QUAT- und Aminbasis

MICROSEPT® INSTRU-AF NEW

microsept® Instru-AF new ist ein Konzentrat auf QUAT- und Aminbasis zur Erstellung einer Gebrauchslösung für die manuelle Desinfektion invasiver Medizinprodukte im Tauchbadverfahren. Das Produkt ist aldehyd- und phenolfrei.

Anwendungsgebiete

Geeignet für zahnmedizinische und chirurgische Instrumente sowie rotierende Präzisionsinstrumente.

Beispiele:

- Spiegel
- Sonden
- Polierer
- Finierer
- Pinzetten
- Zangen
- Wurzelkanalinstrumente

Nicht geeignet für Endoskope. Nicht geeignet zur Desinfektion von Haut und Händen. Nicht geprüft für den Lebensmittel- und Veterinärbereich. Nicht zum Versprühen verwenden.

Anwenderhinweise

Nicht mit anderen Produkten mischen. Vor Erstanwendung des Produktes, nach Verwendung von anderen Produkten sowie am Ende eines Arbeitstages Instrumentenwanne und Anwendungshilfen gründlich reinigen. Anwendung nur durch Fachpersonal. Falls eine Sterilisation erfolgen soll: Instrumente zuvor mit entmineralisiertem Wasser abspülen. Falls das Produkt versehentlich beim Transport kälteren Temperaturen ausgesetzt war: Zum Auflösen möglicher Ausfällungen das Gebinde vor Ansatz der Gebrauchslösung bis auf 25° C erwärmen und vorsichtig hin und her schwenken. Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse in Verbindung mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde. **Sicherheitsdatenblatt erhältlich auf www.praxis-direkt.com.**

Anwendung

Vor jeder Desinfektion Schutzkleidung, Augenschutz, Mundschutz und Schutzhandschuhe anlegen! Antrocknen von Verschmutzungen vermeiden. Instrumente zerlegen, öffnen und gründlich reinigen.

Desinfektion im Tauchbadverfahren:

1.) Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration mit Wasser (ca. 20° C) ansetzen.

Beispiel für eine 3% Gebrauchslösung: 970 ml Wasser (ca. 20° C) + 30 ml Konzentrat mischen. Reihenfolge: Erst Wasser vorlegen, dann Konzentrat zugeben und mischen.

2.) Gereinigte, geöffnete, zerlegte Instrumente in die Gebrauchslösung einlegen. Sämtliche Flächen und Hohlräume müssen benetzt sein. Einwirkzeit genau einhalten.

3.) Nach Ablauf der Einwirkzeit die Instrumente gründlich mit Wasser (mind. Trinkwasserqualität, ca. 20°C) abspülen und trocknen.

4.) Instrumente auf Sauberkeit und Unversehrtheit überprüfen. Beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen der Instrumentenhersteller sowie nationale Vorgaben zur Aufbereitung von Medizinprodukten.

VAH-GELISTET!

Standzeit und Haltbarkeit

Standzeit Gebrauchslösung: 1 Tag. Bei sichtbarer Verschmutzung Gebrauchslösung sofort wechseln. Das Verfallsdatum des Produktes entnehmen Sie dem Etikett. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Ausführliches Wirkspektrum

Wirksamkeit (geprüft bei Raumtemperatur)	Prüfnorm	Belastung	Konz.	Einwirkzeit
Bakterien				
S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae	EN 13727	hoch	1 %	5 Min.
	EN 14561	gering	0,5 %	15 Min.
		gering	0,1 %	30 Min.
Mykobakterien/TB				
M. terrae, M. avium	EN 14348	gering	1,5 %	30 Min.
	EN 14563	gering	2 %	30 Min.
		hoch	3 %	30 Min.
Hefen				
C. albicans	EN 13624	hoch	1 %	5 Min.
C. albicans	EN 14562	gering	0,5 %	15 Min.
			0,1 %	30 Min.
Viren (behüllt)				
MVA Modifiziertes Vacciniavirus Ankara	EN 14476	hoch	1 %	15 Min.
Viren (unbehüllt)				
Adenovirus	EN 14476	hoch	3 %	30 Min.
			4 %	15 Min.
Poliovirus	EN 14476	hoch	3 %	15 Min.
MNV Murines, Norovirus	EN 14476	hoch	3 %	60 Min.
		gering	3 %	30 Min.

praxis direkt® GmbH
Direktversand für Praxis- und Laborbedarf
Donauwörther Str. 183 • 86154 Augsburg
Tel.: +49 (0)821 29 82 50-0 • Vet: +49 (0)821 999 715 00
E-Mail: info@praxis-direkt.com • www.praxisdirekt.com

PLIWA Hygiene GmbH
Pliwastraße 2
D-34323 Malsfeld
Tel. +49 (0)56 61 73 17-0

PRODUKTDATENBLATT

microsept® INSTRU-AF NEW

INSTRUMENTENDESINFEKTION

PRODUKT- / GEBRAUCHSINFORMATION

Materialverträglichkeit

Kunststoffe	PE, PSU, PVC
Metalle	Edelstahl
Gummi, flexible Kunststoffe	Silikon
Sonstiges	Keramik
Hinweis	Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Einwirkzeit und Konzentration ist für die oben genannten Materialien keine Materialschädigung zu erwarten. Längeren Kontakt von über 48 Stunden mit Polycarbonat (Makrolon) vermeiden! Bei Polyacrylaten und Polycarbonaten vor Gebrauch Materialverträglichkeit testen. Bei Kupfer, Messing und Aluminium sind bei Überschreitung der Einwirkzeit Verfärbungen möglich. Bei Latex und EPDM sind bei Überschreitung der Einwirkzeit Elastizitätsverlust bzw. Farbveränderungen möglich. Das Produkt ist nicht geeignet zur Desinfektion von Gegenständen aus Viton. Bei nicht genannten Materialien Materialverträglichkeit testen.

Weitere Informationen zur Aufbereitung von Medizinprodukten finden Sie auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts (Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, KRINKO) unter „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten."

Beispiele für den Ansatz von Gebrauchslösungen

Konzentration der Gebrauchslösung	Wasser	Konzentrat
2, 0 %	980 ml	20 ml
3, 0 %	970 ml	30 ml
4, 0 %	960 ml	40 ml

Produktzusammensetzung

100 g enthalten folgende Wirkstoffe:
6,65 g Didecyloxyethylammoniumpropionat,
6,20 g N,N-Bis(3-aminoethyl)dodecylamin,
4,40 g Cocospropylendiamindiguanidiniumacetat,
2,60 g Fettalkylamin

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates: klare, blaue bis türkise Lösung
pH-Wert: 10,0 – 11,0
rel. Dichte: 0,940 – 0,999 g/cm3

Lagerhinweise

Lagern Sie das Produkt nicht unter 5°C und nicht über 25°C.
Nur im Originalgebinde aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Produkt stehend und an einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Für Informationen zur Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) siehe Sicherheitsdatenblatt und Etikett.

UN 1903

Kennzeichnung/Listung

Medizinprodukt Klasse II b / MD 0108
Listung VAH als Instrumentendesinfektion

CE 0123

Gutachten & weiterführende Informationen

microsept® Instru-AF new wurde von unabhängigen Laboren begutachtet. Für genauere Details zu Gutachten, weiteren Produktinformationen oder Antworten auf individuelle Fragen, können Sie uns per E-Mail unter **info@praxis-direkt.com** oder telefonisch unter **+49 (0)821 29 82 50-50** erreichen.

Bestellinformationen

1 Liter Dosierflasche	mid100
5 Liter Kanister	mid500
Dosierpumpe für Kanister	ms270
Abfüllhahn für Kanister	ms370, ms380
Kanisteröffner	868p0

Stand: 31.05.2021/1

praxis direkt® GmbH
Direktversand für Praxis- und Laborbedarf
Donauwörther Str. 183 • 86154 Augsburg
Tel.: +49 (0)821 29 82 50-0 • Vet: +49 (0)821 999 715 00
E-Mail: info@praxis-direkt.com • www.praxisdirekt.com

PLIWA Hygiene GmbH
Pliwastraße 2
D-34323 Malsfeld
Tel. +49 (0)56 61 73 17-0