


Maschineller Reiniger für zahnmedizinische Instrumente und Zubehör

# thermodent® alka clean

## Unser Plus

- materialschonend und für den Einsatz im zahnmedizinischen Bereich
- sehr gute Reinigungskraft
- gute Benetzung durch reinigungsaktive Tenside
- zur Risikominimierung einer iatrogenen Übertragung von CJK/vCJK (gem. RKI-Mitteilung)

## Anwendungsgebiete

thermodent® alka clean ist geeignet für die effiziente Reinigung von zahnmedizinischen Instrumenten, mikrochirurgischen und MIC-Instrumenten, medizinischem Zubehör und starren Endoskopen. Verwendbar in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG). Materialien müssen für die maschinelle, alkalische Aufbereitung geeignet sein.

## Anwendungshinweise

Standardkonzentration und Einsatzparameter:
0.5 % (5 ml/l); 10 min.; 55 °C
Dosierung und Dauer der Einsatzparamter sind abhängig vom Verschmutzungsgrad und können gemäß individuellen Anforderderungen angepasst werden: 0,4 % - 1 % (4 - 10 ml/l); 5 - 10 Min.; ca. 40 °C - 65 °C.
Die Verwendung von vollentsalztem Wasser unter Zugabe des Klarspülers thermodent® clear in der Schlussspülung verbessert das Spülergebnis. Bei Bedarf kann nach dem Reinigungsschritt eine Neutralisation mit thermodent® neutralizer durchgeführt werden. thermodent® neutralizer reduziert Belagsbildungen/Ablagerungen und minimiert das Risiko einer Verschleppung von Alkaliresten aus dem Reinigungssschritt.

CE

# thermodent® alka clean

## Produktdaten

Zusammensetzung:
Kennzeichnung gem. VO (EG) Nr. 648/2004: < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, < 5 % NTA und deren Salze, < 5 % Polycarboxylate, Enzyme.
Weitere Inhaltstoffe: Lösungsvermittler, Korrosionsinhibitor.

| Chemisch-physikalische Daten | |
|---|---|
| Dichte | ca. 1,08 g/cm3 / 20 °C / 1.013 hPa |
| Farbe | fast farblos |
| Flammpunkt | > 70 °C / Methode : DIN 51755 Part 1 |
| Form | flüssig |
| pH | 12 - 12,8 / 100 % / 20 °C |
| Viskosität, dynamisch | ca. 3 mPa*s / Methode : ISO 3219 |

## Besondere Hinweise

Alkalie-empfindliche Materialien (z.B. Eloxal) sind vor Aufbereitung mit thermodent alka clean auf Materialverträglichkeit zu prüfen. Produktkonzentrat nicht mit anderen Chemikalien mischen.

## Bestellinformation

| Artikel | Lieferform | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| thermodent® alka clean 5 l | 1/Kanister | 147305 |

## Anwendungshilfen

| Anwendungshilfen | Art.-Nr. |
|---|---|
| Kanisterschlüssel für 5 + 10 l | 135810 |

## Verwandte Produkte

- thermodent® clear
- thermodent® neutralizer

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen kontaktieren Sie unser Application Department Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com

EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT REG.-NR. D-150-00003

DQS MED ISO 9001:2008

DQS MED ISO 13485

Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Hauptsitz**
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

#142 / 911032-DE-de-02-14 1/2021
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.