PRODUKTDATENBLATT

microsept® FD
DESINFEKTIONSTÜCHER

PRODUKT- / GEBRAUCHSINFORMATION

Gebrauchsfertige, alkoholisch getränkte Desinfektionstücher

MICROSEPT® FD DESINFEKTIONSTÜCHER

microsept® FD Desinfektionstücher sind gebrauchsfertige, alkoholisch getränkte Desinfektionstücher (Tränkflüssigkeit **microsept® FD** auf Alkohol- und QUATS-Basis) zum Einsatz mit Spenderdose.



Anwendungsgebiete

Zur schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen, abwischbaren Oberflächen in medizinischen Einrichtungen wie zum Beispiel Arzt– und Zahnarztpraxen, Altenheimen etc. Geeignet für alkoholbeständige Materialien (siehe auch Seite 2 zur Materialverträglichkeit). Nicht geprüft für den Lebensmittel- und Veterinärbereich. Nicht geeignet für die persönliche Körperhygiene, die Desinfektion von Haut und Händen sowie zur Desinfektion von Medizinprodukten.

Besondere Hinweise

Biozidprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch Kennzeichnung, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen. Anwendung nur durch Fachpersonal. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Anwenderhinweise

Kontakt mit anderen Desinfektionsmitteln vermeiden. Nicht mit anderen Desinfektionsmitteln mischen. Nicht verdünnen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder verschmutzt ist. Wir empfehlen die Verwendung der **microsept® FD Desinfektionstücher** mit der Spenderdose von **microsept® FD Desinfektionstücher**. Für andere Desinfektionstuch-Spenderdosen-Kombinationen übernehmen wir keine Gewähr. Entsorgen Sie **microsept® FD Desinfektionstücher** nicht über die Toilette. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Die Verwendbarkeit der Nachfüllbeutel ist dem Etikett zu entnehmen.

Anwendung

microsept® FD Desinfektionstücher werden zur Wischdesinfektion verwendet.
1) Vor jeder Desinfektion Handschuhe, Mundschutz und Augenschutz anlegen! Für ausreichende Belüftung sorgen.
2) Bei Kontamination mit organischem Material die sichtbaren Verschmutzungen mit einem Desinfektionstuch aufnehmen und Tuch über den Hausmüll entsorgen.
3) Anschließend die Fläche mit einem weiteren Desinfektionstuch unter leichtem Druck abreiben (nass wischen). Während der Einwirkzeit die Oberfläche vollständig benetzt halten.
4) Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. Rückstände mit einem trockenen Einmaltuch entfernen oder abtrocknen lassen.
5) Entsorgen Sie gebrauchte Desinfektionstücher über den Hausmüll. Verschließen Sie die Spenderdose sorgfältig unmittelbar nach der Tuchentnahme. Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch. Bei Mehrfachverwendung ist die angegebene Wirkung nicht mehr gewährleistet. Ausgetrocknete Tücher dürfen nicht mehr verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Flächendesinfektion die Reinigung der Fläche nicht ersetzt.

Erst- und Neubefüllung der Spenderdose

Vor jeder Erst-/Neubefüllung sind die Spenderdose und deren Deckel gründlich maschinell oder manuell zu reinigen und anschließend z.B. mit **microsept® FD Desinfektionstücher** zu desinfizieren. Tragen Sie bei der Desinfektion und Befüllung der Spenderdose immer ein neues, sauberes Paar Schutzhandschuhe. Zusatzetikett ausfüllen (siehe Produktangaben auf dem Nachfüllbeutel) und auf die Spenderdose kleben. Dann Nachfüllbeutel in die aufbereitete Spenderdose einsetzen. Beutel öffnen und Vliestuch aus der Rollenmitte durch die Deckelöffnung führen. Spenderdose verschließen. Das Produkt ist jetzt einsatzbereit. Spenderdose nach jeder Tuchentnahme wieder dicht verschließen, um Keimbildung und Austrocknen zu verhindern. Standzeit ab Öffnungsdatum des Nachfüllbeutels: 28 Tage, wenn die Dose nach jeder Tuchentnahme sauber und dicht verschlossen wird.

Ausführliches Wirkspektrum & Einwirkzeiten

Wirksamkeit (gebrauchsfertiges Produkt, bei Raumtemperatur)	Prüfnorm	Einwirkzeit
Bakterien		
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli, MRSA (hohe Belastung)	EN 13727	30 Sek.
S. aureus (hohe Belastung)	EN 16615	5 Min.
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli (hohe Belastung*)	EN 13697	5 Min.
Mykobakterien/TB		
M. terrae, M. avium (hohe Belastung)	EN 14348	1 Min.
Hefen		
C. albicans (hohe Belastung)	EN 13624	30 Sek.
C. albicans (hohe Belastung*)	EN 13697	5 Min.
Viren (behüllt)		
MVA Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (hohe Belastung)	EN 14476	30 Sek.
BVDV (hohe Belastung)	EN 14476	30 Sek.
Viren (unbehüllt)		
Adenovirus Typ 5 (hohe Belastung)	EN 14476	5 Min.
Humaner Rotavirus (niedrige Belastung)	EN 14476	5 Min.
MNV murines Norovirus (hohe Belastung)	EN 14476	5 Min.
MNV murines Norovirus (hohe Belastung)	EN 16777	5 Min.
Adenovirus Typ 5 (hohe Belastung)	EN 16777	5 Min.

*hohe Belastung gem. EN 13697:2015-06 zur Bestimmung der bakteriziden und/oder fungiziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen - Prüfverfahren und Anforderungen ohne mechanische Behandlung (Phase 2, Stufe 2)

praxis direkt® GmbH
Direktversand für Praxis- und Laborbedarf
Donauwörther Str. 183 • 86154 Augsburg
Tel.: Dental +49 (0)821 29 82 50-0 • Veterinär: +49 (0)821 999 715 00
E-Mail: info@praxis-direkt.com • www.praxisdirekt.com

PLIWA Hygiene GmbH
Pliwastraße 2
D-34323 Malsfeld
Tel. +49 (0)56 61 73 17-0

PRODUKTDATENBLATT

microsept® FD
DESINFEKTIONSTÜCHER

PRODUKT- / GEBRAUCHSINFORMATION

Materialverträglichkeit

Metalle	Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing
Kunststoffe	PSU, PVC, Silikon
Gummi	EPDM, Latex
Hinweis	Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Einwirkzeit ist bei den oben genannten Materialien keine Materialschädigung zu erwarten. Längeren Kontakt von über 48 Stunden mit Linoleumböden und Polycarbonat (Makrolon) vermeiden. Kontakt mit Acrylaten vermeiden. Bei Acrylglas (Plexiglas®) Gefahr von Spannungsrisskorrosion. Bei Polyacrylaten und Polycarbonaten sowie nicht aufgeführten Materialien vor Gebrauch an unauffälliger Stelle Materialverträglichkeit prüfen.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Für Informationen zur Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) siehe Sicherheitsdatenblatt und Etikett.



UN 3175

Lagerungshinweise

Vor Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Befüllte Spenderdose stehend lagern.

Zusammensetzung

In 100 g Tränklösung sind enthalten:

33,66 g Ethanol, 15,84 g 2-Propanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid 70%, Duftstoffe (entfällt bei parfümfrei)*2.

*2 Bitte beachten Sie, dass Duftstoffe potentiell Allergien auslösen können.

Chemisch-Physikalische Daten (Tränklösung)

Aussehen:	klar, farblos
pH-Wert:	5,0 – 6,0
Dichte (20°C):	0,900 – 0,920
Flammpunkt (EN 22719)	22,75 + 0,5 °C

Gutachten & weiterführende Informationen

microsept® FD Desinfektionstücher bzw. die Tränklösung MFD wurde von unabhängigen Laboren begutachtet. Die Gutachten können auf Anfrage zugesandt werden. Um auszuschließen, dass es bei versehentlichem Hautkontakt mit dem Produkt zu unerwünschten Hautreaktionen kommt, wurde eine Dermatest Begutachtung durchgeführt. Für genauere Details zu Gutachten, weiteren Produktinformationen oder Antworten auf individuelle Fragen, können Sie uns per E-Mail unter **info@praxis-direkt.com** oder telefonisch unter **+49 (0)821 29 82 50-50** erreichen.

BAuA Reg.-Nr. 94261

Bestellinformationen

Bitte melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse in Verbindung mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

Art.-Nr.	VE	BEZ
Standard: Dose (137 x 205 mm)		
mlpb120	120 Stk.	Lemon Fresh
mnpb120	120 Stk.	Neutral
Standard: Nachfüllbeutel		
mlpn120	120 Stk.	Lemon Fresh
mnpn120	120 Stk.	Neutral
Jumbo: Dose (200 x 270 mm)		
mljd200	200 Stk.	Lemon Fresh
mnjd200	200 Stk.	Neutral
Jumbo: Nachfüllbeutel		
mljn200	200 Stk.	Lemon Fresh
mnjn200	200 Stk.	Neutral

Sicherheitsdatenblatt

www.praxisdirekt.com

CE 0123

Stand: 30.09.2020/1

praxis direkt® GmbH
Direktversand für Praxis- und Laborbedarf
Donauwörther Str. 183 • 86154 Augsburg
Tel.: Dental +49 (0)821 29 82 50-0 • Veterinär: +49 (0)821 999 715 00
E-Mail: info@praxis-direkt.com • www.praxisdirekt.com

PLIWA Hygiene GmbH
Pliwastraße 2
D-34323 Malsfeld
Tel. +49 (0)56 61 73 17-0