Produktinformation

WL-clean

ALPRO MEDICAL GMBH

Zur Instrumentenaufbereitung

Stand: 13.04.2021

Gebrauchsfertige Lösung zur nicht protein-fixierenden Reinigung (Innen- und Außenflächen) vor der Desinfektion/ Sterilisation von ärztlichen und zahnärztlichen Hohlkörperinstrumenten, wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke, innengekühlte Instrumente und Endoskope.



WL-clean ist ein Medizinprodukt der Klasse I. Der Nachweis der Eignung zur Reinigung erfolgte in Anlehnung an die Normenserie DIN ISO TS 15883 und die Vorgaben der DGSV – Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung – und ist per Gutachten bestätigt.

- ***gute Reinigungswirkung***
- ***gute Materialverträglichkeit***
- ***nicht proteinfixierend***
- ***kostengünstige Anwendung***
- ***aldehyd- und phenolfrei***

Inhaltsstoffe

Wirksame Bestandteile:
Ethylendiamintetraacetat,
p-Hydroxybenzoesäureester,
Polyhexamethylenbiguanid

Wirkungsspektrum

- *bakteriostatisch*
- *fungistatisch*
- *geprüft im Praxistest mit Prüfanschmutzung nach DIN ISO TS 15883-5*

Gutachten

- Dr. H. Brill, Hamburg, Wirksamkeit unter praxisnahen Bedingungen DIN ISO TS 15883-5 am Hand- und Winkelstück sowie an der Turbine verschiedener Hersteller, 2009-02, 2008-11, 2007-05; Aufbereitung von chirurgischen Hohlkörperinstrumenten DIN ISO TS 15883-5, 2010-02; konservierende Eigenschaften (bakt. u. fung.), 2010-07

Gutachten WL-System (WL-clean und WL-cid)

- Dr. H. Brill, Hamburg, Aufbereitung von zahnärztlichen Übertragungsinstrumenten DIN ISO TS 15883-5, 2009-09; Viruzidie, Testung im Praxistest (Phase 3) mit MS2-Phagen (Surrogat für Noro- und Polioviren), 2010-02
- Prof. Dr. H.-P. Werner, HygCen, Schwerin, Zytotoxizitätsprüfung nach DIN 10993-5, 2013-07; Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung an Instrumenten -innen und außen- gem. DIN ISO TS 15883-5, 2013-04, 2015-01, 2016-09, 2014-11, 2016-12
- CleanControlling, 2017-08

Freigaben

zur Spraykanalreinigung (Wasser und Luft):
u. a. von Dentsply Sirona,

zur kompletten Innenreinigung:
u. a. von SciCan, KaVo, W&H Dentalwerke, NSK, Morita

Gutachten und Freigaben können in besonderen Fällen bei uns abgerufen werden.

ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstraße 9
78112 St. Georgen

☎ +49 7725 9392-0
🖷 +49 7725 9392-91

info@alpro-medical.de
www.alpro-medical.com

Produktinformation

WL-clean

ALPRO MEDICAL GMBH

Zur Instrumentenaufbereitung

Stand: 13.04.2021

Anwendungsgebiet

Reinigung und hygienische Vorbehandlung aller Medienwege und Innenflächen von Hand- und Winkelstücken und Turbinen vor der Desinfektion/Sterilisation.

Bitte auf geeignete Adapter und aktuelle Verfahrensanweisung achten!

Haltbarkeit

3 Jahre

Anwendung

Nach jeder Behandlung für ***3 x 2 Sekunden*** mit spezifischem Adapter durchspülen und ***60 Sekunden*** einwirken lassen.
Die ausgespülte Lösung nicht wiederverwenden. Zur Desinfektion mit WL-cid weiterbehandeln (siehe Gebrauchsanweisung). Anschließend Trocknung der Innenflächen mit WL-dry/WL-Blow (Sprühdauer 2 x 3 Sekunden). Im Anschluss hat eine Pflege gem. Herstellervorgabe zu erfolgen.

Die Dose während der Anwendung immer senkrecht halten.

Anwendung nur durch medizinisches Fachpersonal mit entsprechender Schutzkleidung.

Grundreinigung

Bei erstmaliger Benutzung raten wir zu einer Grundreinigung mit einer verlängerten Einwirkzeit von 5 – 10 Minuten. Mögliche gelöste Rückstände sollten danach ausgespült werden. Dazu die oben beschriebene Vorgehensweise wiederholen.

Lieferformen

REF 4149	Kombipackung 1 x 500 ml Sprühdose WL-clean 1 x 300 ml Sprühdose WL-dry 1 x Gebrauchsanweisung
REF 4150	Klinikpackung 4 x 500 ml Sprühdose WL-clean 1 x Gebrauchsanweisung
REF 4144	WL-Blow StarterSet 2 x 500 ml Sprühdose WL-clean 2 x 500 ml Sprühdose WL-cid 1 x WL-Blow 1 x Gebrauchsanweisung
REF 4147	WL-dry StarterSet 2 x 500 ml Sprühdose WL-clean 2 x 500 ml Sprühdose WL-cid 2 x 300 ml Sprühdose WL-dry 1 x Gebrauchsanweisung

ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstraße 9
78112 St. Georgen

☎ +49 7725 9392-0
🖷 +49 7725 9392-91

info@alpro-medical.de
www.alpro-medical.com